



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SANEAMENTO BASICO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico Nº 000011/2025

Processo: 000077 / 2025

Termo Nº 000045/2025

Empresa: EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAM

CNPJ: 36.999.842/0001-46

Endereço: AVENIDA Rua Ricalde Marques, 119 - Jardim São Pedro - Porto Alegre - RS - CEP: 91040280

Aos 29/09/2025, a empresa EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAM, procedeu com a assinatura da presente Ata de Registro de Preços em decorrência do resultado final do modalidade de licitação nº Pregão Eletrônico Nº 000011/2025.

Sendo assim, e conforme o edital, a empresa acima referida concorda expressamente em assinar a presente ata, comprometendo-se a manter registrado junto a este CONSÓRCIO - CISABES, pelo prazo de 12(doze) meses, os preços abaixo descritos para os produtos respectivos.

Por essa razão, a empresa declarada, sob as penas da lei, que, quando for regularmente convocada para o fornecimento de quaisquer dos produtos pelos preços registrados, o fará de acordo com as condições previstas no edital de licitação respectivo e nesta Ata.

Em nada mais havendo, lavrou-se a presente ata, a qual vai lida e assinada pelo representante legal da empresa e pelos integrantes da CPL do CISABES – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO abaixo nominados.

Lote		00010 - LOTE 10			
Código	Especificação	Quantidade	Marca	Val Unit	Valor Total
00003161	TURBIDÍMETRO PORTÁTIL DIGITAL turvação: faixa 0.00 a 9.99; 10.0 a 99.9 e de 100 a 1000ntu. seleção de gama automático. resolução 0.01ntu de 0.00 a 9.99 ntu; 0.1 ntu de 10.0 a 99.9 ntu;1 ntu de 100 a 1000 ntu. precisão ±2% da leitura maior 0.02 ntu. repetição ±1% da leitura ou 0.02 ntu, o que for maior. luz dispersa <0.02 ntu. desvio típico emc ±0.05 ntu. detector de luz fotocélula de silicone. método: método relação nefelométrica (90°), relação entre dispersão e luz transmitida; adaptação do método usepa 180.1 e do método standard 2130 b. modo de medição: normal, médio, contínuo. turvação standard 1, 10, 100 e 750 ntu. calibração: dois, três ou quatro pontos de calibração. fonte de luz: lâmpada com filamentos de tungstênio. duração da lâmpada: maior do que 100,000 leituras. display: lcd 60 x 90 mm com luz de fundo. memória de registro: 200 gravações. ambiente: até 50°C (122°F); máx. 95% não condensação rh. fornecimento de carga: (4) 1.5v aa pilhas alcalinas ou adaptador ac. com cubetas de amostras e calibração; óleo de silicone para limpeza; tecido para limpeza das cubetas; baterias; adaptador; manual de instruções; certificado de qualidade do instrumento; estojo para transporte. garantia mínima de 1 ano. UN MATEX MT-TB1000	5,000	MATEX MT-TB1000	2.600,00	13.000,00
Valor Total do Lote:					13.000,00

EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA DE EQUIPAM
LICITANTE

PAULO HENRIQUE TRAVISANI
DIRETOR EXECUTIVO CISABES