



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SANEAMENTO BASICO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico N° 000011/2025

Processo: 000077 / 2025

Termo N° 000047/2025

Empresa: HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO

CNPJ: 07.175.849/0001-45

Endereço: RUA RUA AL CAIAPOS, 596 - TAMBORÉ - BARUERI - ES - CEP: 64601100

Aos 29/09/2025, a empresa HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO, procedeu com a assinatura da presente Ata de Registro de Preços em decorrência do resultado final do modalidade de licitação nº Pregão Eletrônico N° 000011/2025.

Sendo assim, e conforme o edital, a empresa acima referida concorda expressamente em assinar a presente ata, comprometendo-se a manter registrado junto a este CONSÓRCIO - CISABES, pelo prazo de 12(doze) meses, os preços abaixo descritos para os produtos respectivos.

Por essa razão, a empresa declarada, sob as penas da lei, que, quando for regularmente convocada para o fornecimento de quaisquer dos produtos pelos preços registrados, o fará de acordo com as condições previstas no edital de licitação respectivo e nesta Ata.

Em nada mais havendo, lavrou-se a presente ata, a qual vai lida e assinada pelo representante legal da empresa e pelos integrantes da CPL do CISABES – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO abaixo nominados.

Lote		00011 - LOTE 11			
Código	Especificação	Quantidade	Marca	Val Unit	Valor Total
00003162	MEDIDOR DE PH DE BANCADA sensor de temperatura individual (termocompensador) feito em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro. display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização; verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas; mostra simultaneamente o ph e temperatura da solução; indicador de leitura estável mostra quando já se pode tomar a leitura; compensação de temperatura automática ou manual; gabinete em abs (v-0); braço articulado (suporte) para eletrodo e sensor de temperatura (termocompensador); faixa de trabalho para o ph: -2 a 20; resolução: 0,01; exatidão ± 0,01; incerteza: ± 0,01; faixa de trabalho para a temperatura: -20 a 120 °c; resolução: 0.1 °c; exatidão: ± 0.3 °c; incerteza: ± 0.2 °c; calibração automática, com aceitação de vários tipos de tampões: ph: 4.00; 7,00 e 10,00. alimentação: 110/220 vac; devem acompanhar o equipamento: 01 eletrodo para medir ph em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, soluções tampão ph 10,00, ph 7,00 e ph 4, 00, braço articulado (suporte) p/ eletrodo e termocompensador, manual de instruções em português e certificado de calibração rastreável. UN HANNA/ HANNA INSTRUMENTS	2,000	HANNA/ HANNA INSTRUMENTS	3.000,00	6.000,00
Valor Total do Lote:					6.000,00

Lote		00013 - LOTE 13			
Código	Especificação	Quantidade	Marca	Val Unit	Valor Total



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SANEAMENTO BASICO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO



COMPARADOR COLORIMÉTRICO PARA ANÁLISE DE CLORO RESIDUAL LIVRE com as seguintes características: análise de cloro residual livre pelo método dpd, com disco comparador colorimétrico; disponível em duas faixas de leitura: de 0 a 0,7 mg/l (menor leitura 0,02 mg/l) e de 0,0 a 3,5 mg/l (menor leitura 0,1 mg/l). acompanha: cubetas de vidro marcação 5 e 10 ml, pacote com 6 unidades; cubetas de plástico com tampa, pacote com 4 unidades; reagente dpd para realização de 100 testes de cloro residual livre; reagente dpd para realização de 100 testes de cloro residual total;bolsa/maleta para transporte; manual de instruções em português. UN HANNA/ HANNA INSTRUMENTS

00003165

5,000

HANNA/
HANNA
INSTRUMENTS

750,00

3.750,00

Valor Total do Lote: 3.750,00

Lote	00018 - LOTE 18				
Código	Especificação	Quantidade	Marca	Val Unit	Valor Total

ANALISADOR CHECKER DE COR PARA ANÁLISE DE ÁGUA faixa: 0 a 500 g/l pcu, resolução: 5 pcu exatidão: ±10 pcu ±5% de leitura a 25 °c, fonte de luz: led a 470 nm,detector de luz: fotocélula de silício, método: adaptação do método colorimétrico de cobalto platina dos métodos padrão para exame de água e efluentes, 21ª edição.ambiente: 0 a 50 °c (32 a 122 °f); max. 95% rh sem condensação bateria: 1 pilha aaa 1.5v. garantia do fornecedor de 12 meses. manual de instruções em português UN HANNA/ HANNA INSTRUMENTS

00003184

4,000

HANNA/
HANNA
INSTRUMENTS

600,00

2.400,00

Valor Total do Lote: 2.400,00

HANNA INSTRUMENTS BRASIL
IMPORTACAO E EXPORTACAO
LICITANTE

PAULO HENRIQUE TRAVISANI
DIRETOR EXECUTIVO CISABES